BAROMETRIC PRESSURE TESTING
PRINTOUT DOCUMENTS

ATTACH PRINOUT DOCUMENTS BELOW

DRAEGER 1018 BAROMETER 1018 TOX LAB

****

WASHINGTON
ALCOTEST 9510

SERIAL NO.: ARAH-0099
TEST NO.: 00068
DATE: 04/25/2013

****

SUPERVISOR TEST

****

	g/210L	TIME
DIAGNOSTIC	OK	08:37
AIR BLANK	0.000	08:37
EXT STD IR	0.079	08:38
EXT STD EC	0.081	08:38
AIR BLANK	0.000	08:39
EXT STD IR	0.080	08:40
EXT STD EC	0.081	08:40
AIR BLANK	0.000	08:41
EXT STD IR	0.080	08:42
EXT STD EC	0.081	08:42
AIR BLANK	0.000	08:43
EXT STD IR	0.080	08:44
EXT STD EC	0.081	08:44
AIR BLANK	0.000	08:45
EXT STD IR	0.080	08:46
EXT STD EC	0.081	08:46
AIR BLANK	0.000	08:46
DIAGNOSTIC	OK	08:47

****

OPERATOR SIGNATURE:

JMcKee

DRAEGER 924 BAROMETER 927.8 SNOQ PASS

****

WASHINGTON
ALCOTEST 9510

SERIAL NO.: ARAH-0099
TEST NO.: 00070
DATE: 04/25/2013

****

SUPERVISOR TEST

****

	g/210L	TIME
DIAGNOSTIC	OK	13:06
AIR BLANK	0.000	13:06
EXT STD IR	0.080	13:06
EXT STD EC	0.082	13:06
AIR BLANK	0.000	13:08
EXT STD IR	0.080	13:08
EXT STD EC	0.081	13:08
AIR BLANK	0.000	13:10
EXT STD IR	0.079	13:10
EXT STD EC	0.081	13:10
AIR BLANK	0.000	13:12
EXT STD IR	0.080	13:12
EXT STD EC	0.081	13:12
AIR BLANK	0.000	13:14
EXT STD IR	0.080	13:14
EXT STD EC	0.081	13:14
AIR BLANK	0.000	13:15
DIAGNOSTIC	OK	13:16

****

OPERATOR SIGNATURE:

JMcKee

BAROMETRIC PRESSURE TESTING
PRINTOUT DOCUMENTS

ATTACH PRINOUT DOCUMENTS BELOW

BAC 1018 Barometer 1017
LOCATION: TOX LAB

****
WASHINGTON
ALCOTEST 9510

SERIAL NO.: ARAF-0030
TEST NO.: 00074
DATE: 04/25/2013
****
SUPERVISOR TEST
****

	g/210L	TIME
DIAGNOSTIC	OK	08:33
AIR BLANK	0.000	08:33
EXT STD IR	0.083	08:34
EXT STD EC	0.082	08:34
AIR BLANK	0.000	08:35
EXT STD IR	0.083	08:36
EXT STD EC	0.081	08:36
AIR BLANK	0.000	08:37
EXT STD IR	0.082	08:38
EXT STD EC	0.080	08:38
AIR BLANK	0.000	08:39
EXT STD IR	0.083	08:40
EXT STD EC	0.080	08:40
AIR BLANK	0.000	08:42
EXT STD IR	0.083	08:42
EXT STD EC	0.080	08:42
AIR BLANK	0.000	08:43
DIAGNOSTIC	OK	08:43

****
OPERATOR SIGNATURE:
DESITTO

Barometric Pressure 929 BAC 927 Snoqualmie PASS

****
WASHINGTON
ALCOTEST 9510

SERIAL NO.: ARAF-0030
TEST NO.: 00078
DATE: 04/25/2013
****
SUPERVISOR TEST
****

	g/210L	TIME
DIAGNOSTIC	OK	13:27
AIR BLANK	0.000	13:28
EXT STD IR	0.083	13:28
EXT STD EC	0.080	13:28
AIR BLANK	0.000	13:30
EXT STD IR	0.083	13:30
EXT STD EC	0.080	13:30
AIR BLANK	0.000	13:32
EXT STD IR	0.083	13:32
EXT STD EC	0.080	13:32
AIR BLANK	0.000	13:34
EXT STD IR	0.083	13:34
EXT STD EC	0.080	13:34
AIR BLANK	0.000	13:36
EXT STD IR	0.083	13:36
EXT STD EC	0.081	13:36
AIR BLANK	0.000	13:37
DIAGNOSTIC	OK	13:38

****
OPERATOR SIGNATURE:
DESITTO 435

BAC 978 Barometer 977 Issaquah

****
WASHINGTON
ALCOTEST 9510
Kenmore LAB
SERIAL NO.: ARAF-0030
TEST NO.: 00079
DATE: 04/29/2013
****
SUPERVISOR TEST
****

	g/210L	TIME
DIAGNOSTIC	OK	07:04
AIR BLANK	0.000	07:04
EXT STD IR	0.083	07:05
EXT STD EC	0.082	07:05
AIR BLANK	0.000	07:06
EXT STD IR	0.083	07:07
EXT STD EC	0.082	07:07
AIR BLANK	0.000	07:08
EXT STD IR	0.083	07:09
EXT STD EC	0.082	07:09
AIR BLANK	0.000	07:10
EXT STD IR	0.083	07:11
EXT STD EC	0.082	07:11
AIR BLANK	0.000	07:12
EXT STD IR	0.083	07:13
EXT STD EC	0.082	07:13
AIR BLANK	0.000	07:13
DIAGNOSTIC	OK	07:14

****
OPERATOR SIGNATURE: 4/29/13
JUSTIN DESITTO